



Check-list pour l'utilisation du Mélange Equimolaire d'Oxygène et Protoxyde d'Azote (M.E.O.P.A.)

DATE :

Indication (acte prévu) :

☐ Prise de sang ☐ Oter un redon ☐ Mise en KT ☐ PL ☐ Autre :

☐ **Absence de contre-indication** médicale au Méopa : ☐ OUI

☐ **Cachet et signature** du médecin

VIGNETTE PATIENT

Cachet du médecin

Contre-indications : ABSOLUES :

- ☐ Patients nécessitant une ventilation en **oxygène** pur
- ☐ Hypertension intracrânienne
- ☐ Toute **altération (aiguë)** de l'état de **conscience**,
- ☐ **Traumatisme crânien** non évalué
- ☐ Anomalies neurologiques d'apparition récente et non expliquées
- ☐ Pneumothorax, pneumopéritoine
- ☐ Bulles d'emphysème
- ☐ Embolie gazeuse
- ☐ Accident de plongée
- ☐ Traumatisme facial
- ☐ Distension gazeuse abdominale, occlusion intestinale
- ☐ Situation vitale précaire
- ☐ Patient ayant reçu récemment un gaz ophtalmique en cas de **chirurgie oculaire** (pendant 3 mois minimum)
- ☐ Déficit connu et non substitué en vitamine B12

Contre-indications :

RELATIVES :

- ☐ Phobie du masque/ refus de l'enfant
- ☐ Intensité douloureuse trop élevée (si utilisation seule du Méopa)
- ☐ Durée de l'acte, du soin trop longue (+ de 45 minutes à 1h)
- ☐ Chez les enfants prenant des **médicaments dépresseurs du système nerveux central, principalement les morphiniques et les benzodiazépines, psychotropes**, le risque de somnolence est accru (voir avec le médecin). **Dans ce cas, une évaluation préalable et la présence du médecin sont nécessaires.**
- ☐ Pathologie de l'oreille moyenne et des sinus
- ☐ Psychose



Check-list pour l'utilisation du Mélange Equimolaire d'Oxygène et Protoxyde d'Azote (M.E.O.P.A.)

DATE :

Heure de début:

Heure de fin :

VIGNETTE PATIENT

Prise de médicaments dépresseurs du système nerveux (Morphinique, psychotrope, anticonvulsivant) :

☐ NON

☐ OUI → PRESENCE MEDICALE lors de la réalisation du soin:

Indication du soin (acte réalisé) :

AVANT

- ☐ S'assurer de la prescription du médecin (voir verso)
- ☐ Préparer et informer le patient :
Expliquer le but et le mode d'administration
L'enfant a t'il compris ? ☐ OUI ☐ NON
- ☐ Familiariser avec le matériel
- ☐ Paramètres (Satu, pulsations) :
Puls : Satu :
- ☐ Vérifier le matériel :
- ☐ Vérifier que le chariot d'urgence soit prêt.
- ☐ S'assurer d'avoir une quantité de gaz suffisante et le contenu de la bouteille
- ☐ Monter le circuit d'administration (dispositif utilisable 15X max)
- ☐ Masque et filtre en place.

PENDANT

- ☐ Inhalation continue de 3 min avant le début du soin.
- ☐ Débit de 6 à 9l MAX : L/min
- ☐ Puls : Satu :
- ☐ Contact verbal continu
Arrêt immédiat si perte du contact :
☐ OUI cela a été nécessaire
☐ NON l'enfant a bien répondu
- Comportement de l'enfant :
☐ Calme ☐ Euphorie ☐ Pleurs
☐ Autres :
- Coopération de l'enfant ?
☐ OUI ☐ NON
- Auto-administration possible
☐ OUI ☐ NON

APRES

- ☐ Retirer le masque et laisser au repos au moins 5 min
- ☐ Fermer le robinet du détendeur.
- ☐ Jeter le filtre et le masque
- ☐ Noter l'utilisation du dispositif d'administration (15X max)
- ☐ Ranger l'ensemble du matériel
- ☐ Surveiller le patient (15 minutes)
- Satisfaction de l'enfant : ☐ OUI ☐ NON
- Douleur :
☐ Absente ☐ Légère ☐ Modérée
☐ Forte ☐ Très forte